



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ SPECIFICATION

เครื่องวัดอุณหภูมิในดินอัตโนมัติ (Mercury Remote Thermometer with
Three Recording Systems)

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ DH 24/2530	รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของผู้เสนอราคา
1. <u>ผู้ผลิตและแบบ</u>	1. <u>ผู้ผลิตและแบบ</u>
2. <u>ประเทศผู้ผลิต</u>	2. <u>ประเทศผู้ผลิต</u>
3. <u>รายละเอียด</u> 3.1 เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดใช้ ปรอท (Mercury) สามารถ ตรวจวัดอุณหภูมิในดิน น้ำและ อากาศได้ การตรวจวัดกระทำ โดยวิธีใช้สายและ Probe (Flexible mercury in steel capillary tube) 3.2 สายจาก Probe ไปตัวเครื่องเป็นแบบ 3 ชั้น 3 สาย และความยาวของ สายแต่ละสายไม่น้อยกว่า 2.00 ม. และเป็นชนิดที่ใช้วัดอุณหภูมิในดินได้ 3.3 ตรวจวัดอุณหภูมิระหว่าง 0-45°C. ได้ 3.4 Drum ใช้นาฬิกาที่เดินด้วยลาน สปริงชนิดสามารถเปลี่ยนเป็น 1 รอบ/ 1 วัน และ 1 รอบ/ 7 วัน ได้ทั้ง 2 ชนิด	3. <u>รายละเอียด</u> 3.1 3.2 3.3 3.4

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ DH 24/2530	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา
3.5 โครงบรรจุเครื่อง (Case) ทำด้วยโลหะแข็งแรง พ่นสี ทำความปราณีตเรียบร้อยและมีช่องมองเห็นการบันทึกเส้นกราฟได้ 3.6 ต้องมีกระดาษกราฟชนิด 7 วัน/แผ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 54 แผ่น 3.7 ให้ระบุให้ละเอียดประจำเครื่องว่ามีรายการอะไรบ้าง 3.8 รายละเอียดอุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องจะต้องมีครบ และพร้อมที่จะนำมาประกอบทดสอบเครื่องให้ทำการสำรวจได้ 3.9 คู่มือคำอธิบายวิธีใช้เป็นภาษาอังกฤษ 3.10 รายการตามที่ระบุไว้ ถ้าหากแตกต่าง, ไม่มีหรือมีเพิ่มกว่านี้ขอให้แจ้งด้วย ถ้าไม่มีการระบุไว้จะถือว่ามีการตามตามที่ระบุไว้แล้ว	3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

.....
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา

.....
ผู้อำนวยการกองอุทกวิทยา

.....
ผู้เสนอรายละเอียด