



DH-11/2522-1

รายการรายละเอียด (SPECIFICATION)

เครื่องวัดกระแสลมแบบ COUNTER

รายการรายละเอียด เครื่องวัดกระแสลมแบบ COUNTER (CUP COUNTER ANEMOMETER)
มีรายละเอียดดังนี้.

- ๑ ระบายรับลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ระบาย
- ๒ ตัวเลขแสดงจำนวนรอบคว่าน่าเห็นได้ถึง ๑,๐๐๐ และอ่านค่าหลังทศนิยมได้ ๒ ตำแหน่ง
- ๓ หน่วยวัดกระแสลมเป็นกิโลเมตร
- ๔ มาตรฐานระหว่างเครื่องวัดกระแสลมกับพื้นสูง ๑๐ นิ้ว
- ๕ ให้ระบุว่าอาหลัประจำเครื่องมีรายการอะไรบ้าง
- ๖ ให้แจ้งบริษัทผู้ผลิต และจำอุปกรณ์, ส่วนประกอบของเครื่อง ถ้าผลิตภายในประเทศจะต้องแจ้งชื่อบริษัท ห้อง ร้านผู้ผลิตด้วย และจะต้องรับรองคุณภาพของอุปกรณ์, ส่วนประกอบที่ผลิตนั้นว่าเทียบเท่าและลักษณะ เหมือนกับของของบริษัทผู้ผลิตเครื่องนั้นจากต่างประเทศ และการทำด้วยความปราณีตเรียบร้อย
- ๗ รายละเอียดอุปกรณ์, ส่วนประกอบของเครื่องจะต้องมีครบ และพร้อมที่จะนำมาประกอบกลเครื่องให้ทำการสำรวจได้
- ๘ สมุดคู่มือคำอธิบายวิธีใช้เป็นภาษาอังกฤษ

ขอ.....
.....
..... นท.
..... นท.

งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม
กองอุตสาหกรรม
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๒
แก้ไขจาก DH-11/2522