



DH-6/2522-1

รายการรายละเอียด (SPECIFICATION)เครื่องวัดการระเหยของน้ำพร้อมอุปกรณ์พิกเครื่องวัดการระเหยของน้ำแบบ CLASS A PAN

รายการรายละเอียด เครื่องวัดการระเหยของน้ำพร้อมอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้.  
(EVAPORATION PAN WITH STILL WELL AND HOOK GAGE)

๑. ตัววัดการระเหยทำด้วย Stainless Steel No.22 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของถัง ๑.๒๒ ม. สูง ๒๕ ซม. ขอบด้านข้างเป็นพื้นเรียบ และขอบด้านบนขึ้นขอบเหล็กทึบป้องกันขนาดกว้าง ๑ นิ้ว ติดกับขอบแน่นและแข็งแรง การตกแต่งแนวตะเข็บจะต้องเป็นพื้นเรียบและไม่มีรอยร้าวหรือเชื่อมเรียบรอยน้ำซึมหรือรั่วไม่ได้อ
๒. กระบอกวัดการระเหย ( Still Well ) ทำด้วยทองเหลือง ขนาดกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๒.๕ - ๓.๐ ซม. พม่า ๑.๕ ซม. สูง ๒๐ - ๒๕ ซม. ติดกับฐานยื่นออกเป็น ๓ ซม. และมีสกรูปรับระดับให้ตั้งระดับราบได้อ
๓. เข็มแบบวัดการระเหย ( Hook Evaporation Gage ) ทำด้วยทองเหลืองมีรายละเอียด ๓ ซม. เพื่อวางบนกระบอกวัดการระเหย ระยะสเกลยาว ๑๐๐ ซม. อ่านรายละเอียดได้ถึง ๐.๐๒ ซม.ม.
๔. ให้ระบุวิธีปฏิบัติ ด้านติดภายในประเทศผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งชื่อบริษัท, ห้าง, ร้านผู้ผลิตด้วย และจะต้องรับรองคุณภาพของเครื่องที่ผลิตว่าทำด้วยความปราณีตเรียบร้อย
๕. รายละเอียดอุปกรณ์, ส่วนประกอบของเครื่องจะต้องมีครบ และพร้อมที่จะนำมาประกอบห่อของเครื่องไว้ทำการสำรวจได้อ

เสนอ ..... ๘/๕๖๐ /๗๓๗๖๖.....  
..... นกท.  
อนุมัติ ..... นชท.

งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม  
กองอุตสาหกรรม  
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๒  
แก้ไขจาก DH-6/2522