



DH-8/2522-2

รายการรายละเอียด (SPECIFICATION)

เครื่องวัดอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด

รายการรายละเอียด เครื่องวัดอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด มีรายละเอียดดังนี้.

(MAXIMUM-MINIMUM THERMOMETERS WITH SUPPORT U.S.W.B.SPEC.)

1. MAXIMUM THERMOMETER. Seasoned thermometer tube, mercury-filled, $10\frac{1}{2}$ inches in length, has one-degree graduations, etched on stem. Special constriction near the bulb enables maximum reading to be registered. Standard range, -38 to $+55^{\circ}\text{C}$. Thermometer tube attached to stainless steel backing, over-all length 12 inches.
2. MINIMUM THERMOMETER. Seasoned thermometer tube, filled with amber spirits, $10\frac{1}{2}$ inches in length, has one-degree graduations etched on stem. Special floating index registers minimum reading. Standard range, -45 to $+50^{\circ}\text{C}$. Thermometer tube attached to stainless steel backing, over-all length 12 inches.
3. TOWNSEND SUPPORT, U.S.W.B. Spec. Convenient all-metal holder clamps maximum and minimum thermometers in correct position and facilities resetting. Base measures $2" \times 3"$, height $2\frac{3}{4}"$ inches.
4. อุณหภูมิมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1°C .
5. อุปกรณ์, ส่วนประกอบหรืออะไหล่ของเครื่อง ถ้าผลิตภายในประเทศผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งหรือบริษัท, ห้างและร้านผู้ผลิตด้วย และจะต้องรับรองคุณภาพของอุปกรณ์, ส่วนประกอบหรืออะไหล่ที่ผลิตนั้นว่าเทียบเท่าและลักษณะเหมือนกับของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมืออื่นจากต่างประเทศ และการทำควยความปราณีตเรียบร้อย
6. รายละเอียดอุปกรณ์, ส่วนประกอบของเครื่องจะต้องมีครบ และพร้อมที่จะนำมาประกอบทดของเครื่องให้ทำการสำรวจได้

เสนอ.....
นายชวน หลีกภัย
เห็นชอบ..... น.อ.วันชัย นพ. นกท.
อนุมัติ..... นพ.
12 ต.ค. 2527

งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม
กองอุตสาหกรรม
วันที่ 6 ธันวาคม 2527
แก้ไขจาก DH-8/2522-1