



DH-9/2522-2

รายการรายละเอียด (SPECIFICATION)

เครื่องวัดความชื้นแบบธรรมดา

รายการรายละเอียด เครื่องวัดความชื้นแบบธรรมดา มีรายละเอียดดังนี้.

(WET AND DRY BULB HYGROMETER)

- เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ชนิดประกอบถ้วยหลอดอุณหภูมิ ๒ หลอด แบ่งเป็นชุดแห้งชุดเปียก ติดกักบนแผ่นไม้, ปลายกลีหรือโลหะ พร้อมถ้วยหรือขวดสำหรับบรรจุน้ำเพื่อใช้ระบายน้ำซึม (Thread Catton Wick) ชุดจะเป่าประตชุดเปียกมาที่ถ้วยหรือขวดบรรจุน้ำ
- วัดอุณหภูมิ ตั้งแต่ 0° - 50° C ชนิดที่ขีดแบ่งค่าอุณหภูมิบนหลอดแก้วอุณหภูมิ
- ค่าความผิดพลาดไม่เกิน $\pm 2\%$
- มี Slide Rule หรือตารางค่าความชื้นสัมพัทธ์ประกอบ
- ขาหลังมีน้ำซึม (Thread Catton Wick) จำนวน ๑๐ อัน
- ให้แจ้งชื่อบริษัทผู้ผลิต ถ้าอุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่องผลิตภายในประเทศ จะต้องแจ้งบริษัท, ห้างและร้านผู้ผลิตด้วย และจะต้องส่งตัวอย่างมาประกอบการพิจารณา และจะพิจารณาคุณภาพของอุปกรณ์, ส่วนประกอบที่ผลิตขึ้นว่าคุณภาพดีและทำด้วยความปราณีตเรียบร้อย
- ผู้ผลิตต้องอธิบายวิธีใช้เป็นภาษาอังกฤษ

เสนอ
เห็นชอบ ทท.
อนุมัติ มท.

งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม
กองอุตสาหกรรม
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๓
แก้ไขจาก DH-9/2522-1